



TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 713/TMCG-BV

Tp HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ KẾ HOẠCH MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị cung cấp trang thiết bị y tế

Hiện tại, Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện đang có nhu cầu đầu thầu mua sắm trang thiết bị y tế theo danh mục đính kèm tại phụ lục 4.1

Kính mời các công ty/đơn vị quan tâm và có đủ năng lực kinh nghiệm cung cấp các mặt hàng trên gửi báo giá về Bệnh viện Đa Khoa Bưu Điện.

1. Hồ sơ chào giá gồm:

- Bảng báo giá từng hạng mục trang thiết bị tham gia bao gồm tối thiểu các nội dung tham chiếu - cam kết đáp ứng cho Yêu cầu kỹ thuật của từng dòng máy được mô tả ở phụ lục 4.1. – (tham khảo bảng báo giá theo biểu mẫu phụ lục 4.2 và 4.3 đính kèm)
- Giấy ủy quyền của hãng/nhà sản xuất (nếu có)
- Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thông báo trúng thầu trong vòng 120 ngày gần nhất tính đến ngày thư mời chào giá có hiệu lực với từng thiết bị tham dự (nếu có)
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện với các cơ sở y tế khác với từng thiết bị tham dự

2. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Giá chào: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí vận chuyển giao hàng, chi phí bảo hành và các chi phí khác.
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành
- Tất cả tài liệu trong hồ sơ chào giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị ký tên đóng dấu
- Các tài liệu để vào trong 01 túi dán kín và niêm phong

3. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 10 ngày kể từ ngày thư mời chào giá có hiệu lực

4. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản cứng tới Bệnh viện Đa khoa Bưu điện

- Địa chỉ: Trụ sở chính - Lô B9 Thành Thái, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 0367.734.498 (gặp Hùng)
- Gửi Email xác nhận đã tham gia và gửi Hồ sơ chào giá đến Bệnh viện với thời gian chi tiết về địa chỉ email: phongvttbyt.hosoluu@gmail.com (Lưu ý:

Không đính kèm các chứng từ sẽ/dã gửi trong Hồ sơ chào giá – Liên hệ làm rõ hồ sơ chào giá – nếu cần thông qua Email).

Trân trọng!

Nơi nhận: - Như trên

Lưu: - VT, P. VT-TBYT



Lê Phú Lâm

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHÀO GIÁ

STT	TÊN HÀNG HOÁ CHÀO GIÁ	SỐ LƯỢNG	ĐVT	YÊU CẦU KỸ THUẬT
1	02 KHẨU KHÍ Y TẾ TRUNG TÂM	02	Khẩu	Mỗi khẩu khí bao gồm 03 ô khí Oxy, Air, Vaccum và đường ống đồng kết nối vào khí trung tâm của Bệnh viện <i>Chi tiết đính kèm PL 4.1.1</i>
2	Màng chứa nước muối cho Máy tán sỏi ngoài cơ thể Medispec	01	Cái	Tương thích Máy tán sỏi ngoài cơ thể Medispec XR-5

NGƯỜI TỔNG HỢP



Nguyễn Minh Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BƯU ĐIỆN

PHÒNG VẬT TƯ - THIẾT BỊ Y TẾ
PHỤ TRÁCH PHÒNG VT-TBYT



Lê Phú Lâm

YÊU CẦU KỸ THUẬT CẢN ĐÁP ỨNG

STT	TIÊU CHÍ	ĐÁP ỨNG
A. YÊU CẦU CHUNG		
1	Điều kiện hoạt động	Phù hợp hoạt động với điều kiện môi trường tại Việt Nam
2	Tiêu chuẩn/Chứng chỉ	Ngõ ra khí (ổ khí) và ống đồng y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương
3		Ống đồng y tế đạt tiêu chuẩn sản xuất ASTM B819 hoặc tương đương
B. YÊU CẦU KỸ THUẬT		
1	Số lượng	02 khẩu khí (mỗi khẩu khí bao gồm 03 ổ khí Oxy, Air, VAC)
2	Vị trí lắp đặt	Phòng bệnh Chăm sóc giảm nhẹ - Khoa HSCC Cơ sở 1
B.1	<i>YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH CUNG CẤP</i>	
3	Cấu hình cung cấp	Ngõ ra khí oxy (Ổ khí Oxy): 02 cái
		Ngõ ra khí nén (Ổ khí Air): 02 cái
		Ngõ ra khí hút (Ổ khí VAC): 02 cái
		Ống đồng y tế: ≥ 30 mét
		Vật tư, nhân công và phụ kiện lắp đặt
B.1	<i>YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT</i>	
4	Ngõ ra (ổ khí)	Ngõ ra khí là loại cắm nhanh, chuẩn Ohmeda
5		Ngõ ra khí được lắp nổi trên tường
6	Ống đồng y tế	Là loại ống đồng chuyên dùng trong khí y tế

7		Thân ống thể hiện rõ thông tin chủng loại, xuất xứ, tiêu chuẩn, đường kính, độ dày...
8		Ống đồng phải được bảo vệ bởi hộp nhôm và đi nổi trên tường một cách thẩm mỹ
A. YÊU CẦU KHÁC		
1	Công tác lắp đặt	Đơn vị thi công có trách nhiệm vận chuyển và lắp đặt tại địa điểm được quy định theo hợp đồng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2		Đơn vị thi công bảo đảm hoạt động tương thích với hệ thống khí y tế tại Bệnh viện.
3	Công tác bảo hành	Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
4		Khi đường ống có sự cố rò rỉ khí trong thời gian bảo hành, đơn vị thi công có trách nhiệm giải quyết sự cố trong vòng 24 giờ từ khi nhận được thông báo của Bệnh viện.
<p>Ghi chú: Các đơn vị chào giá kế hoạch được quyền góp ý nếu nhận thấy yêu cầu về kỹ thuật của Trang thiết bị chưa đầy đủ hoặc có tính chỉ định hoặc quý đơn vị có yêu cầu về dịch vụ tốt hơn, chất lượng tốt hơn đối với Trang thiết bị cần chào giá. Quý đơn vị vui lòng gửi góp ý (nếu có) về Bệnh viện trong thời gian mời chào giá kế hoạch để Bệnh viện hoàn thiện việc xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho Trang thiết bị cần trang cấp theo TMCG.</p>		

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Minh Hùng

PHỤ TRÁCH P.VT-TBYT



Lê Phú Lâm

Phụ lục 4.2

Tên công ty:

Địa chỉ:

SĐT:

BẢNG BÁO GIÁ

STT	Tên thiết bị/hàng hoá	Chung loại (model)	Năm sản xuất	Hạng SX-nữ c SX	DVT	Đơn giá (+VAT)	Thành tiền	Số đăng ký lưu hành/Giấy phép nhập khẩu (nếu có)	Phân loại (nếu có)	Giấy phép lưu thành tự do (nếu có)	Giấy ủy quyền của hãng/nhà sản xuất (nếu có)	Tiêu chuẩn chất lượng	Thời gian bảo hành	Giá trưng bày (nếu có)	Số TBTT/Q ĐTT hoặc hợp đồng trưng bày (nếu có)	Giá kê khai theo ND 98	Mã kê khai theo ND 98	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Đính kèm: Phụ lục 4.3: Tham chiếu - cam kết đáp ứng cho Yêu cầu kỹ thuật của từng dòng máy được mô tả ở phụ lục 4.1

Lưu ý: Đối với các tính năng nâng cao/phụ kiện đi kèm được Đơn vị chào giá khuyến cáo trang bị thêm để đảm bảo hoạt động, ngoài nội dung mô tả ở phụ lục 4.1 TMCG cần được thể hiện chi tiết trong báo giá.

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI CỦA CÔNG TY

Đại diện hợp pháp của công ty

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục 4.3

Tên Công Ty:
Địa chỉ:
SDT:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1: THAM CHIẾU - CAM KẾT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT MÁY

STT	TIÊU CHÍ	YÊU CẦU THEO MỜI CHÀO GIÁ KẾ HOẠCH	THAM CHIẾU/ CAM KẾT ĐÁP ỨNG CỦA ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ
A	YÊU CẦU CHUNG (tham chiếu)		
1			
2			
B	YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỤ THỂ (tham chiếu)		
	MÁY		
	Số lượng		
B.1	YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH CUNG CẤP (tham chiếu)		

B.2	YẾU CẦU VỀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT (tham chiếu)		
1			
C	YẾU CẦU KHÁC (tham chiếu/cam kết)		
1			
D	ĐỀ XUẤT BỔ SUNG/ĐIỀU CHỈNH CỦA ĐƠN VỊ THAM DỰ		

*Lưu ý: Đối với các yêu cầu tham chiếu đơn vị chào giá cần ghi chi tiết Mục/trang trong Tài liệu được đính kèm và Highlight các mục tham chiếu theo yêu cầu.

...ngày..... tháng...năm 2023

Đại diện hợp pháp của công ty
(Ký tên, đóng dấu)